
政府采购合同

项目名称：黄山市中心血站一次性血小板分离器采购项目

项目编号：HJACG2025D011

合同编号：HJACG2025D011A

甲方（采购人）：黄山市中心血站

乙方（成交供应商）：上海臻锲贸易有限公司

签订时间：2025 年 5 月 26 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 黄山市中心血站

乙方(全称): 上海臻锲贸易有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 黄山市中心血站一次性血小板分离器采购项目

采购项目编号: HJACG2025D011

(2) 采购计划编号: FS34100120250179 号

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 一次性使用血小板分离器 0996E-00, 320 套; 996E2-00, 104 套。

品牌: Haemonetics S.A. 规格型号: 0996E-00; 996E2-00

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☒单一来源 ☐框架协议 ☐其他: /

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品:

☒是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 一次性使用血小板分离

(1) 起始日期: 2025 年 5 月 26 日, 完成日期: 2025 年 5 月 25 日。

(2) 履约地点：黄山市中心血站

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: _____ /

(5) 风险处置措施和替代方案：供方将货物送到购方指定地方待购方验收合格后再付款，货物有任何问题百分之百退换，给购方造成的任何损失都由供货方承担。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体： 一次性使用血小板分离器

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： / ☒否

是否存在破坏性检测：☐是， /

☒ 否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

□分期/分项验收: /

(4) 履约验收程序：将货物送到质控科进行质控验收

(5) 履约验收的内容：验收时，需供货商提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和其他应提供的必要文件。

(6) 履约验收标准：按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收

收，无行业标准的按地方或企业标准验收

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____ / _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 5 月 26 日起 _____ 生效。

7. 合同份数

本合同一式 四 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 5 月 26 日

合同订立地点：黄山市中心血站

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章 或合同章）	黄山市中心血站	单位名称（公章 或合同章）	上海臻锲贸易有限公司
住 所	黄山市屯溪区安东路36号	住 所	上海市青浦区金泽镇练西公路 2850 号 2 幢 2 层 B 区211 室
联 系 人	魏海晖	联 系 人	王然民
联系电话	0559-2157011	联系电话	021-61061923
通信地址	黄山市屯溪区安东路36号	通信地址	上海市浦东新区北蔡镇沪南路2218号BHC 中环中心
邮政编码	245000	邮政编码	200120
电子邮箱	weihh007@163.com	电子邮箱	393743592@qq.com
统一社会信用 代码	12341000737328721Q	统一社会信用代 码	913101185903814985
		开户名称	上海臻锲贸易有限公司
		开户银行	中国光大银行上海花木支行
		银行账号	76290188000071762

附件：

1. 商务响应表

序号	单一来源文件中 要求	供应商响应内容	偏离及影响(正偏离/负偏离)
1	合同签订地点:黄山市中心血站	本公司完全响应招标文件要求。 合同签订地点:黄山市中心血站	无偏离
2	供货完成时限:自合同签订之日起一年,合同期内,分批次供货。	本公司完全响应招标文件要求。 供货完成时限:自合同签订之日起一年,合同期内,分批次供货。	无偏离
3	货物包装运输要求:本项目中涉及商品包装和快递包装的,按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉<快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》执行。除合同另有规定外,成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,涉及木质制品及木制包装材料的(含铺垫、支撑、加固设施设备等),禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。	本公司完全响应招标文件要求。 货物包装运输要求:本项目中涉及商品包装和快递包装的,按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉<快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》执行。除合同另有规定外,我司提供的全部货物均按标准保护措施进行包装,涉及木质制品及木制包装材料的(含铺垫、支撑、加固设施设备等),禁止使用和调入松木及其制品。包装适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我司承担。	无偏离
4	货物质保期:产品的有效期为自验收合格之日起不得低于一年。	本公司完全响应招标文件要求。 货物质保期:我司承诺产品的有效期自验收合格之日起不低于一年。	无偏离

5	<p>货物售后服务：产品有效期内产品如出现故障，成交供应商须于接采购人通知后 4小时内响应并制定解决方案，24 小时内维修人员达到现场。</p>	<p>本公司完全响应招标文件要求。 货物售后服务：我司承诺，产品有效期内产品如出现故障，我司接采购人通知后4小时内响应并制定解决方案，24 小时内维修人员达到现场。</p>	无偏离
6	<p>验收：1. 采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。 2. 货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。</p>	<p>本公司完全响应招标文件要求。 验收：1. 我司会和采购人及使用部门共同按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。2. 货物在验收时，我司提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；我司提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和需我司提供的必要文件。</p>	无偏离
7	<p>付款： 付款人：黄山市中心血站 付款方式：分批次供货，每批货经采购人验收合格后，7 个工作日内支付 100%货款。</p>	<p>本公司完全响应招标文件要求。 付款： 付款人：黄山市中心血站 付款方式：分批次供货，每批货经采购人验收合格后，7 个工作日内支付 100%货款。</p>	无偏离
8	<p>履约保证金 1. 是否收取履约保证金： √ 否； □是：合同金额的 %。</p>	<p>本公司完全响应招标文件要求。 1. 是否收取履约保证金： √ 否； □是：合同金额的 %。</p>	无偏离

2 .技术响应表

序号	货物名称	品牌型号	数量	货物需求技术参数要求	所投产品的技术参数	偏离情况
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 1. 采购数量 320 套	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单份血小板耗材数量为320套。	无偏离
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 2.耗材为原装进口	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单份血小板耗材是原装进口。	无偏离
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 3.耗材外包装:密封防压包装	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单份血小板耗材是密封防压包装。	无偏离
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 ★4. 一套耗材须包括: 配备 17G 侧孔双翼穿刺针, 独立全血留样袋, 并有全血真空留样器, 一个五天血小板保存袋	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单份血小板耗材配备17G 侧孔穿刺针, 独立全血留样袋, 并有全血真空留样器, 一个五天血小板保存袋。	无偏离

1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 5. 可以采集一个单位血小板;	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单份血小板耗材可以采集一个单位血小板。	无偏离
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 6. 血小板收集保存袋: 在 22-24 摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天;	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单人份血小板耗材的收集保存袋在 22-24 摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。	无偏离
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 7. 响应文件中无需提供耗材技术证明资料, 供货前向采购人提供详细的技术资料以供核实;	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单人份血小板耗材如有幸中标, 会在供货前向采购人提供详细的技术资料以供核实	无偏离
1	一次性使用血小板分离器	0996E-00	320	加强型单份血小板采集耗材 ★8. 耗材适用于血站的 MCS+9000 便携式血液成分分离机 UPP 程序。	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 0996E-00 我司所提供的单人份血小板耗材适用于血站MCS+9000 便携式血液成分分离机 UPP 程序。	无偏离
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 1.采购数量 104 套	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 996E2-00	无偏离

					我司所提供的双份血小板耗材数量为104套。	
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 2.耗材为原装进口	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 996E2-00 我司所提供的双份血小板耗材是原装进口。	无偏离
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 3.耗材外包装:密封防压包装;	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 996E2-00 我公司所提供的双份血小板耗材是密封防压包装。	无偏离
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 ★4.一套耗材须包括:配备 17G 侧孔双翼穿刺针,独立全血留样袋,并有全血真空留样器,两个五天血小板保存袋,每个循环自动补偿盐水	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 996E2-00 我司所提供的双份血小板耗材配备 17G 侧孔穿刺针,独立全血留样袋,并有全血真空留样器,两个五天血小板保存袋。每个循环自动补偿盐水	无偏离
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 5.可以采集两个单位血小板	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格: 996E2-00 我司所提供的双份血小板耗材可以采集两个单位血小板。	无偏离

2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 6.血小板收集保存袋:在 22-24 摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格:996E2-00 我司所提供的双份血小板耗材的收集保存袋在 22-24 摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。	无偏离
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 7. 响应文件中无需提供耗材技术证明资料, 供货前向采购人提供详细的技术资料以供核实	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格:996E2-00 我司所提供的双份血小板耗材如有幸中标, 会在供货前向采购人提供详细的技术资料以供核实	无偏离
2	一次性使用血小板分离器	996E2-00	104	加强型双份血小板采集耗材 ★8.耗材适用于血站的 MCS+9000 便携式血液成分分离机 UPP 程序	品牌:Haemonetics S. A. 型号/规格:996E2-00 我司所提供的双份血小板耗材适用于血站MCS+9000 便携式血液成分分离机 UPP 程序。	无偏离